


<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>Ferro</b> Hierro/Iron
<b>Referência</b> Referência / Reference:	<b>438</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>202302 (CM02)</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>07/2024</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango acceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Fator de Calibração</b> Factor de calibracion/Calibration Factor	<b>1940 a 2912</b>	<b>De acordo</b> <b>De acuerdo/Accordingly</b>
<b>Aspectos físico-químicos</b> Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>De acordo</b> <b>De acuerdo/Accordingly</b>
<b>Linearidade</b> Linealidad / Linearity:	<b>Até 1000 µg/dL</b> hasta 1000 µg/dL/Until 1000 µg/dL	<b>De acordo</b> <b>De acuerdo/Accordingly</b>
<b>Soro Controle nível I</b> Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	<b>91 (73 - 109) µg/dL</b>	<b>98 µg/dL</b>
<b>Soro Controle nível II</b> Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	<b>182 (146 - 218) µg/dL</b>	<b>224 µg/dL</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>06/07/2023</b>
------------------------------	-------------------



**Isabela Fernandes Alves dos Santos**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

**CNPJ: 03.142.794/0001-16**  
**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**  
**Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)**  
**[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)**