



**LOTE: 4197**

**VAL.: 12/2024**

### Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 4197 Val: 12/2024					
Analito (*)	Método	Nível	Valor	Intervalo	Unidades
Ferritina	Turbidimetria	Normal (N1)	60.6	48.5 - 72.7	µg/L
PCR AS	Turbidimetria	Normal (N1)	2.19	1.75 - 2.63	mg/L

(\*) = o Controle de Proteínas contém ainda valores para as seguintes proteínas:  $\alpha$ -1-glicoproteínas ácida, antitrombina III, complemento C3, complemento C4, IgA, IgG, IgM, pré-albumina e transferrina. Solicite informações sobre os valores destes analitos no nosso Setor de Apoio ao Cliente.