Analisa

CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**Cloretos** Cloruros/Chlorides
Referência Referencia / Reference:	**544**
Lote Lot:	**202401 CM01**
Validade Validez / Expiration date:	**02/2025**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	**≤ 0,100**	**0,077**
Aspectos físico-químico Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/ Within internal limits	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	**130 mEq/L**	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nível I/Control Serum Level I:	**108 (92 - 124) mEq/L**	**104,7 mEq/L**
Soro Controle nível II Control de suero nível II/Control Serum Level II:	**114 (100 - 128) mEq/L**	**112,0 mEq/L**

Data Fecha / Date:	**13/03/2024**

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br