



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto

Producto / Product:

Controle N1 Reumático

Control reumático/Rheumatic control

Referência

Referencia / Reference:

601.1

Lote

Lot:

5301

Validade

Validez / Expiration date:

10/2026

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Exatidão Precisión/ Accuracy	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly

Data

Fecha / Date:

30/10/2025

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br



Controle Reumático N1 | Control Reumático N1

Soro controle para reumatologia.
Suero de control para reumatologia.

Ref: 601.1
MS 80022230191

LOTE: 4131

VAL.: 07/2025

Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 4131 Val: 07/2025					
Analito	Método	Nível	Valor	Intervalo	Unidades
AEO	Turbidimetria	Normal (N1)	175	(140 - 210)	UI/mL
FR	Turbidimetria	Normal (N1)	38,5	(27,0 - 50,1)	UI/mL
PCR	Turbidimetria	Normal (N1)	25,3	(17,7 - 32,9)	mg/L

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 05/24