


Produto Producto / Product:	Colesterol HDL Colesterol HDL/HDL Cholesterol
Referência Referencia / Reference:	413
Lote Lot:	202302 CM02
Validade Validez / Expiration date:	02/2025

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<0,300	0,040
Aspectos físico-químicos Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	Até 200 mg/dL hasta 200 mg/dL/Until 200 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	42 (36 - 48) mg/dL	37,67 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	68 (58 - 78) mg/dL	65,00 mg/dL

Data Fecha / Date:	19/12/2023
------------------------------	-------------------



Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

