



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	Analisa Clot
Referência Referencia / Reference:	Coagulômetro dois canais
Lote Lot:	21060033
Validade Validez / Expiration date:	NA

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Temperatura do Equipamento Temperatura del equipo / Equipment Temperature	37°C	Conforme
Funcionamento da Impressora Operación de la impresora / Printer Operation	CONFORME	Conforme
Plasma Controle N1 TP Control de plasma N1 TP Plasma Control N1 TP:	13.0 (10.0 - 16.0)''	13.20''
Plasma Controle N2 TP Control de plasma N1 TP / Plasma Control N2 TP:	30.0 (24.0 - 46.0)''	37.25''
Plasma Controle N1 TTPA Control de plasma N1 TTPA Plasma Control N1 TTPA:	31.5 (24.0 - 45.0)''	33.70''
Plasma Controle N2 TTPA Control de plasma N1 TTPA Plasma Control N2 TTPA:	72.0 (57.6 - 86.4)''	78.45''

Data Fecha / Date:	30/05/2022
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br