Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**TP Líquida** TP neto/ Net TP
Referência Referencia / Reference:	**555**
Lote Lot:	**5186**
Validade Validez / Expiration date:	**18/09/2026**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químico Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/ Within internal limits	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Plasma Controle nível I Nivel de control de plasma I/Plasma Control Level I:	**13.5 (10 - 17) segundos**	**13,93 segundos**
Plasma Controle nível II Nivel de control de plasma I/Plasma Control Level II:	**32 (23 - 41) segundos**	**25,83 segundos**
Valor do ISI Valor ISI/ISI value:	**1,00 a 1,10**	**1,04**

Data Fecha / Date:	**31/07/2025**

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br