


<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>TGP</b> TGP/TGP
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>353</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>202202</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>07/2024</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango acceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Aspectos físico-químicos</b> Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Linearidade</b> Linealidad/Linearity:	<b>Até 150 U/mL</b> Hasta 150 U/mL/ Until 15 U/mL	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Amostra I:</b> Muestra/Sample I:	<b>29 (23 - 35) U/mL</b>	<b>24 U/mL</b>
<b>Amostra II:</b> Muestra/Sample II:	<b>60 (48,0-72,0) U/mL</b>	<b>61 U/mL</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>12/05/2023</b>
------------------------------	-------------------



**Isabela Fernandes Alves dos Santos**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

