



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>PCR Látex</b> PCR Látex / PCR Latex
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>543E</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>3021</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>12/2023</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango aceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Controle Positivo</b> Control positivo / Positive Control	<b>Floculação intensa</b> Floculación intensa / Intense flocculation	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Controle Negativo</b> Control negativo / Negative Control	<b>Ausência de floculação</b> Ausencia de floculación / Absence of flocculation	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Amostras positivas</b> Muestras positivas /Positive samples	<b>Presença de floculação</b> Presencia de floculación / Presence of flocculation	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Amostras negativas</b> Muestras negativas / Negative samples	<b>Ausência de floculação</b> Ausencia de floculación / Absence of flocculation	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>24/01/2023</b>
------------------------------	-------------------

**Isabela Fernandes Alves dos Santos**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

**CNPJ: 03.142.794/0001-16**  
**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**  
**Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)**  
**[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)**