



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto
Producto / Product: **FR Látex**
FR Látex / FR Latex

Referência
Referencia / Reference: **542 EL**

Lote
Lot: **6072**

Validade
Validez / Expiration date: **05/2027**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Controle Positivo Control positivo / Positive Control	Floculação intensa Floculación intensa / Intense flocculation	De acordo De acuerdo/Accordingly
Controle Negativo Control negativo / Negative Control	Ausência de floculação Ausencia de floculación / Absence of flocculation	De acordo De acuerdo/Accordingly
Amostras positivas Muestras positivas /Positive samples	Presença de floculação Presencia de floculación / Presence of flocculation	De acordo De acuerdo/Accordingly
Amostras negativas Muestras negativas / Negative samples	Ausência de floculação Ausencia de floculación / Absence of flocculation	De acordo De acuerdo/Accordingly

Data
Fecha / Date: **29/05/2026**

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br