Controle Reumático

Tabela com valores controle para reumatologia.

REF. 601.2 MS 80022230191

LOTE: 1134

VAL.: 2023-04

Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 1134 Val: 04/2023					
Analito	**Método**	**Nível**	**Valor**	**Intervalo**	**Unidades**
AEO	Turbidimetria	Elevado (N2)	236	189 - 283	UI/mL
FR	Turbidimetria	Elevado (N2)	75.7	53.0 - 98.4	UI/mL
PCR	Turbidimetria	Elevado (N2)	60.5	42.4 - 78.7	mg/L

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 05/21