Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**Controle N2 Reumático** Control reumático/Rheumatic control
Referência Referencia / Reference:	**601.2**
Lote Lot:	**4326**
Validade Validez / Expiration date:	**06/2026**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/Within internal limits	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**
Exatidão Precisión/ Accuracy	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/Within internal limits	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**

Data Fecha / Date:	**04/11/2024**

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br

Controle Reumático | Control Reumático

Tabela de Valores do soro controle para reumatologia/Tabla de Valores del suero de control para reumatología

Ref: 601.2
ANVISA 80022230191

LOTE: 4295
VAL.: 03/2026

Notas
- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 4295 Val: 03/2026					
Analito	**Método**	**Nível**	**Valor**	**Intervalo**	**Unidades**
AEO	Turbidimetria	Elevado (N2)	282	226 - 338	UI/mL
FR	Turbidimetria	Elevado (N2)	80	56 - 104	UI/mL
PCR	Turbidimetria	Elevado (N2)	56,1	39,3 - 72,9	mg/L

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 10/24