

Produto Producto / Product:	Colesterol Colesterol/ Cholesterol
Referência Referencia / Reference:	111
Lote do Kit: Lot:	25063 A (CM01)
Validade do Kit Validez / Expiration date:	31/03/2027

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do Branco Absorbancia Blanca/ White Absorbance	≤0,400	0.041
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad/Linearity:	500 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	93 (79 - 107) mg/dL	99,0 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	147 (125 - 169) mg/dL	156,0 mg/dL

Data Fecha / Date:	20/03/2026
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br