Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**HDL SC** HDL Directo/HDL Direct
Referência Referencia / Reference:	**114E**
Lote Lot:	**25029 CM01**
Validade Validez / Expiration date:	**12/2026**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos físico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	**Dentro dos Limites internos** Dentro de límites internos/Within internal limits	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad/Linearity	**150 mg/dL**	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I	**21.3 (14.7 - 27.9) mg/dL**	**18,10 mg/dL**
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II	**35.3 (24.7 - 45.9) mg/dL**	**36,43 mg/dL**

Data Fecha / Date:	**03/07/2025**

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br