

Produto Producto / Product:	Soro Anti-Humano (Coombs) Suero Antihumano/Anti-Human Serum
Referência Referencia / Reference:	176
Lote Lot:	5252
Validade Validez / Expiration date:	08/2027


CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Aspecto visual e Propriedades Organolépticas

Reagente	Referência	Resultado
Soro Anti-Humano (Coombs) Globulina poliespecífica humana (1 x 10 mL)	Líquido límpido, verde intenso, inodoro, sem partículas ou precipitados.	Aprovado

Pesquisa de Antiglobulina Indireta (Coombs Indireto)

AMOSTRA	SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS 5% [B+]		INTERPRETAÇÃO	RESULTADO
	SORO ANTI-HUMANO ALBUMINA BOVINA			
SORO	A	4+	Positivo	Aprovado
	O	-	Negativo	
	AB	4+	Positivo	



Gradação	Descrição
4+	Botão sólido com pequenos grumos e fundo claro
3+	Grumos grandes e numerosos com fundo claro
2+	Grumos pequenos e numerosos com fundo róseo
1+	Grumos pequenos e fundo bastante róseo
(+) - Fraco	Presença de minúsculas aglutinações em fundo bastante róseo
0 - Negativo	Ausência de aglutinação, fundo bastante róseo com hemácias em suspensão
CM (Campo Misto)	Presença de aglutinações e de hemácias em suspensão, com fundo róseo
He	Hemólise total ou parcial das hemácias. É indicador de positividade

Data Fecha / Date:	16/03/2026
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira

Controle de Qualidade

Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br