Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**Bilirrubinas DCA**
Referência Referencia / Reference:	**431M**
Lote Lot:	**202402 (CM04)**
Validade Validez / Expiration date:	**06/2025**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos Físicos-químicos Aspectos Físico-químicos/ Physico-chemical aspects	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/Within internal limits	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**
Linearidade BD Linealidad BD/BD linearity	**12 mg/dL**	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**
Linearidade BT Linealidad BT/BT linearity	**30 mg/dL**	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**
Soro Controle N Suero de control BD/BD Control Serum	**BT 1.183 (0.59 - 1.77) mg/dL** **BD 0.348 (0.21 - 0.49) mg/dL**	**BT 1,093 mg/dL** **BD 0,37 mg/dL**
Soro Controle P Suero de control BT/BT Control Serum	**BT 2.808 (1.8 - 3.82) mg/dL** **BD 0.591 (0.35 - 0.83) mg/dL**	**BT 2,76 mg/dL** **BD 0,48 mg/dL**

Data Fecha / Date:	**28/05/2024**

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br