



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	Fibrinogênio TTPA neto/Net TTPA
Referência Referencia / Reference:	116
Lote Lot:	3003
Validade Validez / Expiration date:	19/10/2023

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Plasma controle nível I Nível de control de plasma I/Plasma control level I:	194 (174,6 - 232,8) mg/dL	206 mg/dL
Plasma controle nível II Nível de control de plasma II/Plasma control level II:	311 (249 - 373) mg/dL	261 mg/dL

Data Fecha / Date:	04/01/2023
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br