


Produto Producto / Product:	Magnésio Mono Magnesio Mono/Magnesium Mono
Referência Referencia / Reference:	115
Lote Lot:	21002
Validade Validez / Expiration date:	02/2022

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<1,100	De acordo De acuerdo/Accordingly
Fator de Calibração Factor de calibracion/ Calibration Factor	8,1 a 12,3	De acordo De acuerdo/Accordingly
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	Até 3,5 mg/dL Hasta 3,5 mg/dL/ Until 3,5 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly

Data Fecha / Date:	12/02/2021
------------------------------	-------------------



Isabela Fernandes dos Santos

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br