



LOTE: 3248

VAL.: 2024-06

Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 3248 Val: 06/2024					
Analito (*)	Método	Nível	Valor	Intervalo	Unidades
Ferritina	Turbidimetria	Normal (N1)	57.1	45.7 - 68.5	µg/L
Ferritina	Turbidimetria	Elevado (N2)	173	138 - 208	µg/L
PCR AS	Turbidimetria	Normal (N1)	2.20	1.76 - 2.64	mg/L
PCR AS	Turbidimetria	Elevado (N2)	7.80	6.24 - 9.36	mg/L

(*) = o Controle de Proteínas contém ainda valores para as seguintes proteínas: α -1-glicoproteínas ácida, antitrombina III, complemento C3, complemento C4, IgA, IgG, IgM, pré-albumina e transferrina. Solicite informações sobre os valores destes analitos no nosso Setor de Apoio ao Cliente.