Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**CK NAC** CK NAC / CK NAC
Referência Referencia / Reference:	**116**
Lote Lot:	**202501 CM02**
Validade Validez / Expiration date:	**09/2026**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/Within internal limits	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	**2000 U/L**	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	**108 (92 - 124) U/L**	**94,00 U/L**
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	**406 (344 - 468) U/L**	**381,00 U/L**

Data Fecha / Date:	**22/04/2025**

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br