


<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>CK-MB</b> CK-MB/ CK-MB
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>117</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>202315A (CM01)</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>30/11/2024</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango acceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Aspectos físico-químicos</b> Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Linearidade</b> Linealidad/Linearity:	<b>600 U/L</b>	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Soro Controle nível I</b> Control de suero nivel I/Control Serum level I:	<b>24.9 (12.4 - 37.4) UI/L</b>	<b>14,00 U/L</b>
<b>Soro Controle nível II</b> Control de suero nivel II/Control Serum level II:	<b>403 (201.5-604.5) UI/L</b>	<b>434,60 U/L</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>04/12/2023</b>
------------------------------	-------------------



**Isabela Fernandes Alves dos Santos**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

