Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**Controle N1 - N2 Reumático** Control reumático/Rheumatic control
Referência Referencia / Reference:	**601**
Lote Lot:	**2158**
Validade Validez / Expiration date:	**04/2023**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/Within internal limits	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**
Exatidão Precisión/ Accuracy	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/Within internal limits	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**

Data Fecha / Date:	**30/08/2022**

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br

Controle Reumático | Control Reumático

Soro controle para reumatologia.
Suero de control para reumatologia.

Ref: 601
MS 80022230191

LOTE: 2158
VAL.: 2023-04

Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 2158 Val: 04/2023					
Analito	**Método**	**Nível**	**Valor**	**Intervalo**	**Unidades**
AEO	Turbidimetria	Normal (N1)	176	141 - 211	UI/mL
AEO	Turbidimetria	Elevado (N2)	267	214 - 320	UI/mL
FR	Turbidimetria	Normal (N1)	41.4	29.0 - 53.8	UI/mL
FR	Turbidimetria	Elevado (N2)	80.5	56.4 - 104.7	UI/mL
PCR	Turbidimetria	Normal (N1)	24.5	17.2 - 31.9	mg/L
PCR	Turbidimetria	Elevado (N2)	51.6	36.1 - 67.1	mg/L

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 08/22