

**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>Amilase Direta CNP</b> Amilasa Directa CNP/Direct Amylase CNP
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>407</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>202502 (CM04)</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>07/2026</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango acceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Absorbância do branco</b> Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<b>&lt;0,300</b>	<b>0,005</b>
<b>Linearidade</b> Linealidad / Linearity:	<b>1700 U/L</b>	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Soro Controle nível I</b> Control de suero nivel I/Control Serum level I:	<b>177 (142 - 212) U/L</b>	<b>173,6 U/L</b>
<b>Soro Controle nível II</b> Control de suero nivel II/Control Serum level II:	<b>640 (512 - 768) U/L</b>	<b>673 U/L</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>10/12/2025</b>
------------------------------	-------------------

*Tatiane Trindade*

**Tatiane Trindade Gonzaga Pereira**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.  
CNPJ: 03.142.794/0001-16  
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG  
Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)  
[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)