

Produto Producto / Product:	PCR Turbidimetria Turbidimetría por PCR/PCR Turbidimetry
Referência Referencia / Reference:	473
Data de fabricação: Manufacture date:	07/05/2026
Lote Lot:	Padrão cat. 473.1 - 1 ml - lote 3709 - CRP 67,1 mg/L Látex cat. 473.2 - 10 mL - lote 0010A Tampão cat. 473.3 - 40 mL - lote 0009A
Validade Validez / Expiration date:	Padrão val. 01/09/2028 Látex val. 28/01/2028 Tampão val. 28/01/2028

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	≤0,900	0,484
Linearidade Linealidad / Linearity:	150 mg/L	De Acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	25,6 (17,9 - 33,3) mg/L	29,0 mg/L
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	52,8 (37,0 - 68,6) mg/L	53,0 mg/L

Data Fecha / Date:	26/03/2026
------------------------------	-------------------

**Tatiane T G Pereira**
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br