


Produto Producto / Product:	CK-MB CK-MB/ CK-MB
Referência Referencia / Reference:	117
Lote Lot:	202318A (CM01)
Validade Validez / Expiration date:	31/12/2024

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad/Linearity:	600 U/L	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	24.9 (12.4 - 37.4) UI/L	24,30 U/L
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	403 (201.5 - 604.5) UI/L	432 U/L

Data Fecha / Date:	16/02/2024
------------------------------	-------------------



Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

