


Produto Producto / Product:	Uréia UV Urea UV/ UV urea
Referência Referencia / Reference:	416M
Lote Lot:	0001 CM01
Validade Validez / Expiration date:	02/2027

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Fator de Calibração Factor Calibración / Calibration Factor :	528 a 792	551,20
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad/Linearity:	300 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	35 (30 - 40) mg/dL	37 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	116 (99 - 133) mg/dL	111 mg/dL

Data Fecha / Date:	27/01/2026
------------------------------	-------------------



Isabela Fernandes dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br