



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	Controle CK N1 - N2 CK Control/Control CK
Referência Referencia / Reference:	118
Lote Lot:	202404 CM01
Validade Validez / Expiration date:	10/2025

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Pó Liofilizado Polvo liofilizado/Lyophilized powder	De acordo De acuerdo/Accordingly
Exatidão Precisión/ Accuracy	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Atividade Enzimática Actividad enzimática/Enzymatic activity	Controle 1 CK Total: (92 - 126) U/L Controle 1 CK -MB: (22 - 36) U/L Controle 2 CK Total: (338 - 460) U/L Controle 2 CK-MB: (58 - 96) U/L	Controle 1 CK Total: 108,60 U/L Controle 1 CKMB: 25,20 U/L Controle 2 CK Total: 389,20 U/L Controle 2 CK-MB: 66,80 U/L

Data Fecha / Date:	16/07/2024
------------------------------	-------------------

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br

