


Produto Producto / Product:	Fosfatase Alcalina Fosfatasa alcalina/Alkaline phosphatase
Referência Referencia / Reference:	440E
Lote Lot:	202309 CM02
Validade Validez / Expiration date:	08/2025

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do Branco Absorbancia Blanca/ White Absorbance	<1,200	0,0147
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad/Linearity:	1500 U/L	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	59 (49 - 69) U/L	53,33 U/L
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	241 (193-289) U/L	215,0 U/L

Data Fecha / Date:	29/11/2023
------------------------------	-------------------



Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br