Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**Controle N1 Reumático** Control reumático/Rheumatic control
Referência Referencia / Reference:	**601.1**
Lote Lot:	**4131**
Validade Validez / Expiration date:	**07/2025**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/Within internal limits	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**
Exatidão Precisión/ Accuracy	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/Within internal limits	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**

Data Fecha / Date:	**08/05/2024**

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br

Controle Reumático N1 | Control Reumático N1

Soro controle para reumatologia.
Suero de control para reumatología.

Ref: 601.1
MS 80022230191

LOTE: 4131
VAL.: 07/2025

Notas
- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 4131 Val: 07/2025					
Analito	**Método**	**Nível**	**Valor**	**Intervalo**	**Unidades**
AEO	Turbidimetria	Normal (N1)	175	(140 - 210)	UI/mL
FR	Turbidimetria	Normal (N1)	38,5	(27,0 - 50,1)	UI/mL
PCR	Turbidimetria	Normal (N1)	25,3	(17,7 - 32,9)	mg/L

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 05/24