



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	Glicose Glucosa/Glucose
Referência Referencia / Reference:	112
Lote Lot:	26003A CM01
Validade Validez / Expiration date:	01/2028

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<0,300	0,027
Fator de Calibração Factor de calibración/ Calibration Factor	236 - 354	260,40
Aspectos físico-químico Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/ Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	Até 500 mg/dL Hasta 500 mg/dL/ Until 500 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nível I/Control Serum Level I:	92 (78 - 106) mg/dL	93 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nível II/Control Serum Level II:	245 (208 - 282) mg/dL	246 mg/dL

Data Fecha / Date:	20/05/2026
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br