


| | |
|---|---------------------------------|
| Produto Producto / Product: | LDH UV LDH UV/ LDH UV |
| Referência Referencia / Reference: | 457/457M |
| Lote Lot: | 202401 CM02 |
| Validade Validez / Expiration date: | 05/2025 |

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros Parametros / Parameter: | Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range: | Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results: |
|---|--|--|
| Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance: | > 0,800 | 1,640 |
| Aspectos físico-químico Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects | Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/ Within internal limits | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Linearidade Linealidad / Linearity: | 2000 U/L | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Soro Controle nível I Control de suero nível I/ Control Serum Level I: | 476 (381 - 571) U/L | 496,3 U/L |
| Soro Controle nível II Control de suero nível II/ Control Serum Level II: | 894 (715 - 1073) U/L | 991,3 U/L |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Data Fecha / Date: | 09/04/2024 |
|------------------------------|-------------------|



Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br