



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	Soro Anti-A Suero anti-A/Anti-A serum
Referência Referencia / Reference:	172A
Lote Lot:	019
Validade Validez / Expiration date:	05/02/2027

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Aspecto visual e Propriedades Organolépticas

Reagente	Referência	Resultado
Soro Anti-AB Reagente de Agrupamento Sanguíneo Monoclonal (ABO) (1 x 10 mL)	Líquido límpido, levemente amarelado, inodoro, sem partículas ou precipitados.	Aprovado

Registro de determinação para teste de Tipagem Sanguínea - ABO

PROVA DIRETA (GLOBULAR)

AMOSTRA		SORO ANTI-A	SORO ANTI-B	SORO ANTI-AB	INTERPRETAÇÃO	RESULTADO
SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS (5%)	A	4+	-	-	A	Aprovado
	B	-	-	-	B	
	AB	4+	-	-	AB	
	O	-	-	-	O	

Legenda:

Anti-A: ocorre naturalmente no soro de todos os indivíduos do Grupo B.
Anti-B: ocorre naturalmente no soro de todos os indivíduos do Grupo A.
Anti-AB: ocorre naturalmente no soro de todos os indivíduos do Grupo O.
Ausência de anticorpos: ocorre naturalmente no soro de todos os indivíduos do Grupo AB.

Data Fecha / Date:	30/10/2025
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br