


Produto Producto / Product:	COVID AG COVID AG/COVID AG
Referência Referencia / Reference:	132
Lote Lot:	W19611268D
Validade Validez / Expiration date:	09/12/2022

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos Placa-Teste Aspectos de la placa de prueba/ Test Plate Aspects	Íntegra e sem manchas Se integra y sin manchas/Integrates and without stains	De acordo De acuerdo/Accordingly
Aspecto Diluente Aspectos diluyente/ Thinner Aspects	Límpido incolor Claro incoloro/ Clear colorless	De acordo De acuerdo/Accordingly
Amostras positivas Muestras positivas/ Positive Samples	Positivo Positivo/ Positive	De acordo De acuerdo/Accordingly
Amostras negativas Muestras negativas/ Negative Samples	Negativo Negativo/ Negative	De acordo De acuerdo/Accordingly

Data Fecha / Date:	28/01/2022
------------------------------	-------------------



Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br