



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

**Produto**

Producto / Product:

**Dengue NS1**

Dengue NS1

**Referência**

Referencia / Reference:

**139E**

**Lote**

Lot:

**2509275**

**Validade**

Validez / Expiration date:

**14/01/2027**

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| <b>Parâmetros</b><br>Parametros / Parameter:                                      | <b>Faixa aceitável</b><br>Rango aceptable / Acceptable range:                          | <b>Resultados do lote</b><br>Resultados por lotes / Lot results: |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspectos Placa-Teste</b><br>Aspectos de la placa de prueba/ Test Plate Aspects | <b>Íntegra e sem manchas</b><br>Se integra y sin manchas/Integrates and without stains | <b>De acordo</b><br><b>De acuerdo/Accordingly</b>                |
| <b>Amostras positivas</b><br>Muestras positivas/ Positive Samples                 | <b>Positivo</b><br>Positivo/ Positive                                                  | <b>De acordo</b><br><b>De acuerdo/Accordingly</b>                |
| <b>Amostras negativas</b><br>Muestras negativas/ Negative Samples                 | <b>Negativo</b><br>Negativo/ Negative                                                  | <b>De acordo</b><br><b>De acuerdo/Accordingly</b>                |

**Data**

Fecha / Date:

**30/10/2025**

*Tatiane Trindade*

**Tatiane Trindade G Pereira**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)

[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)

