Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**Bilirrubinas DCA**
Referência Referencia / Reference:	**431M**
Lote Lot:	**202206 (CM01)**
Validade Validez / Expiration date:	**10/2023**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos Físicos-químicos Aspectos Físico-químicos/ Physico-chemical aspects	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/Within internal limits	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**
Linearidade BD Linealidad BD/BD linearity	**12 mg/dL**	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**
Linearidade BT Linealidad BT/BT linearity	**30 mg/dL**	**De acordo** **De acuerdo/Accordingly**
Soro Controle N Suero de control BD/BD Control Serum	**BT: 1.04 (0.88 – 1.20) mg/dL** **BD: 0.70 (0.60 – 0.81) mg/dL**	**BT 1,00 mg/dL** **BD 0,72 mg/dL**
Soro Controle P Suero de control BT/BT Control Serum	**BT: 5.42 (4.61 - 6.23) mg/dL** **BD: 3.25 (2.76 - 3.74) mg/dL**	**BT 5,26 mg/dL** **BD 3,28 mg/dL**

Data Fecha / Date:	**25/08/2022**

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br