



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	Lipase Direta Lipasa directa/Direct Lipase
Referência Referencia / Reference:	409
Lote Lot:	202404 (CM01)
Validade Validez / Expiration date:	06/09/2025

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químico Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/ Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	Até 300 U/L Hasta 300 U/L/ Until 300 U/L	De acordo De acuerdo/Accordingly
Absorbância do Branco Absorbancia blanca/ White Absorbance	≤0,300	0,087
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	42 (34-50) U/L	35,53 U/L
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	151 (121-181) U/L	147,70 U/L

Data Fecha / Date:	04/10/2024
------------------------------	-------------------

Isabela F. A. Santos

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br