



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto

Producto / Product:

PCR Látex

PCR Látex / PCR Latex

Referência

Referencia / Reference:

543 E

Lote

Lot:

5298

Validade

Validez / Expiration date:

08/2026

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Controle Positivo Control positivo / Positive Control	Floculação intensa Floculación intensa / Intense flocculation	De acordo De acuerdo/Accordingly
Controle Negativo Control negativo / Negative Control	Ausência de floculação Ausencia de floculación / Absence of flocculation	De acordo De acuerdo/Accordingly
Amostras positivas Muestras positivas /Positive samples	Presença de floculação Presencia de floculación / Presence of flocculation	De acordo De acuerdo/Accordingly
Amostras negativas Muestras negativas / Negative samples	Ausência de floculação Ausencia de floculación / Absence of flocculation	De acordo De acuerdo/Accordingly

Data

Fecha / Date:

30/10/2025

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br