


| | |
|---|--|
| Produto Producto / Product: | FIA Progesterona FIA Progesterona/FIA Progesterone |
| Referência Referencia / Reference: | 180 |
| Lote Lot: | Y2302022 |
| Validade Validez / Expiration date: | 16/02/2025 |

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros Parametros / Parameter: | Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range: | Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results: |
|---|--|--|
| Aspectos Placa-Teste Aspectos de la placa de prueba/ Test Plate Aspects | Íntegra e sem manchas Se integra y sin manchas/Integrates and without stains | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Aspecto Diluente Aspectos diluyente/ Thinner Aspects | Límpido incolor Claro incoloro/ Clear colorless | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Soro Controle nível II Control de suero nivel I/Control Serum level I: | 2,6 (2,08 - 3,12) ng/mL | 2,67 ng/mL |
| Soro Controle nível I Control de suero nivel II/Control Serum level II: | 3,0 (2,4 - 3,6) ng/mL | 3,19 ng/mL |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Data Fecha / Date: | 27/11/2023 |
|------------------------------|-------------------|



Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br