



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	Soro Anti-D (Monoclonal IgM IgG) Suero Anti-D (IgM Monoclonal IgG)/Anti-D serum (Monoclonal IgM IgG)
Referência Referencia / Reference:	174
Lote Lot:	5071
Validade Validez / Expiration date:	17/10/2026

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Aspecto visual e Propriedades Organolépticas

Reagente	Referência	Resultado
Soro Anti-D Reagente para detecção do antígeno anti-D de uso paralelo ao controle Rh (1 x 10 mL)	Líquido límpido, levemente amarelado, inodoro, sem partículas ou precipitados.	Aprovado

Registro de determinação para teste de Expressão do Antígeno - D (Fator Rh)

PROVA DIRETA

AMOSTRA		CONTROLE RH	SORO ANTI-D	INTERPRETAÇÃO	RESULTADO
SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS (5%)	Classificação ABO: B Lote: CA01 (Rh -)	-	-	Rh -	Aprovado
	Classificação ABO: O Lote: (Rh +)	-	4+	Rh +	

PESQUISA DE D FRACO

AMOSTRA		CONTROLE RH	SORO ANTI-D	INTERPRETAÇÃO APÓS INCUBAÇÃO	RESULTADO
SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS (5%)	Classificação ABO: B (Rh -)	-	-	Rh -	Aprovado


Hemácias O+: Controle Interno biológico [Lote: TMZ19 Val. 19/09/2024]

Hemácias B-: Controle Interno biológico [Lote: CA01 Val. 31/07/2024]

Soro Anti-Humano (Coombs): Analisa [Lote: 072008A Val. 30/04/2025]

Controle RH-HR: Analisa [Lote: 07588B Val. 27/02/2026]

Graduação	Descrição
4 +	Botão sólido com pequenos grumos e fundo claro
3 +	Grumos grandes e numerosos com fundo claro
2 +	Grumos pequenos e numerosos com fundo róseo
1 +	Grumos pequenos e fundo bastante róseo
(+) - Fraco	Presença de minúsculas aglutinações em fundo bastante róseo
0 - Negativo	Ausência de aglutinação, fundo bastante róseo com hemácias em suspensão
CM (Campo Misto)	Presença de aglutinações e de hemácias em suspensão, com fundo róseo
He	Hemólise total ou parcial das hemácias. É indicador de positividade



Data Fecha / Date:	31/03/2025
------------------------------	-------------------

Isabela F. A. S. C.

Isabela Fernandes Alves dos Santos

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br