



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Produto Producto / Product: | HCG HCG/HCG |
| Referência Referencia / Reference: | 134 |
| Lote Lot: | 2504085 |
| Validade Validez / Expiration date: | 05/01/2027 |

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros Parametros / Parameter: | Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range: | Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results: |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Aspecto Tira - Teste Aspecto de la tira de prueba/Strip test Appearance | Íntegra e sem manchas Intacto y sin manchas/ Intact and without stains | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Amostras positivas Muestras positivas/Positive samples: | Positivo Positivo/Positive | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Amostras negativas Muestras negativas/Negative samples: | Negativo Negativo/Negative | De acordo De acuerdo/Accordingly |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Data Fecha / Date: | 16/04/2025 |
|------------------------------|-------------------|

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br