


Produto
Producto / Product:**CK-MB**
CK-MB/ CK-MB**Referência**
Referencia / Reference:**117****Lote**
Lot:**202422 (CM01)****Validade**
Validez / Expiration date:**30/11/2025****CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad/Linearity:	600 U/L	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	25 (19 - 31) U/L	20,93 U/L
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	77 (58 - 96) U/L	64,10 U/L

Data
Fecha / Date:**17/03/2025****Isabela Fernandes Alves dos Santos**
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

