



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto

Producto / Product:

Lipase Direta

Lipasa directa/Direct Lipase

Referência

Referencia / Reference:

409

Lote

Lot:

202503 (CM01)

Validade

Validez / Expiration date:

08/01/2026

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químico Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/ Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	Até 300 U/L Hasta 300 U/L/ Until 300 U/L	De acordo De acuerdo/Accordingly
Absorbância do Branco Absorbancia blanca/ White Absorbance	≤0,300	0,088
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	56.8 (37.4 - 96.2)	64,07 U/L
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	96 (60 - 112)	106,50 U/L

Data

Fecha / Date:

12/05/2025

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br