



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>Magnésio Mono</b> Magnesio/ Magnesium
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>115</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>23029 CM01</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>08/2024</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango acceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Absorbância do Branco</b> Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<b>&lt;1,000</b>	<b>0,904</b>
<b>Aspectos físico-químicos</b> Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Soro Controle nível I</b> Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	<b>1.45 (1.09 - 1.81) mg/dL</b>	<b>1,42 mg/dL</b>
<b>Soro Controle nível II</b> Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	<b>3.356 (2.52 - 4.2) mg/dL</b>	<b>2,61 mg/dL</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>25/07/2023</b>
------------------------------	-------------------

**Isabela Fernandes Alves dos Santos**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.  
CNPJ: 03.142.794/0001-16  
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG  
Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)  
[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)

