

<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>Cálcio Arsenazo</b> Calcio Arsenazo/ Arsenazo Calcium
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>449/449M</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>202205 CM02</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>09/2023</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango acceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Absorbância do Branco</b> Absorbancia Blanca/ White Absorbance	<b>&lt;0,660</b>	<b>0,295</b>
<b>Fator de Calibração (670 nm)</b> Factor Calibración (670 nm)/ Calibration Factor (670 nm):	<b>26,0 - 39,6</b>	<b>36,50</b>
<b>Aspectos físico-químicos</b> Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Linearidade</b> Linealidad/Linearity:	<b>Até 17 mg/dL</b> Hasta 17 mg/dL/ Until 17 mg/dL	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Soro Controle nível I</b> Control de suero nivel I/Control Serum level I:	<b>9,29(7,90-10,7)mg/dL</b>	<b>10 mg/dL</b>
<b>Soro Controle nível II</b> Control de suero nivel II/Control Serum level II:	<b>12,0 (10,2-13,8) mg/dL</b>	<b>12,5 mg/dL</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>13/12/2022</b>
------------------------------	-------------------

*Isabela F. A. Santos*

**Isabela Fernandes Alves dos Santos**

Controle de Qualidade

Control de Calidad / Quality Control

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**

**CNPJ: 03.142.794/0001-16**

**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**

**Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)**

**[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)**