



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|---|---|
| Produto Producto / Product: | Fibrinogênio TTPA neto/Net TTPA |
| Referência Referencia / Reference: | 116 |
| Lote Lot: | 3003 |
| Validade Validez / Expiration date: | 19/10/2023 |

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros Parametros / Parameter: | Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range: | Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results: |
|--|--|--|
| Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects: | Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Plasma controle nível I Nível de control de plasma I/Plasma control level I: | 194 (174,6 - 232,8) mg/dL | 206 mg/dL |
| Plasma controle nível II Nível de control de plasma II/Plasma control level II: | 311 (249 - 373) mg/dL | 261 mg/dL |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Data Fecha / Date: | 04/01/2023 |
|------------------------------|-------------------|

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br