

	CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS	
Produto Producto / Product:	AST	
Referência Referencia / Reference:	421E	
Lote Lot:	202506 CM02	
Validade Validez / Expiration date:	08/2027	
CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL		
Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	> 1,000	2,558
Aspectos físico-químico Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/ Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	400 U/L	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nível I/Control Serum Level I:	45 (36 - 54) U/L	45,0 U/L
Soro Controle nível II Control de suero nível II/Control Serum Level II:	125 (100 - 150) U/L	128,33 U/L
Data Fecha / Date:	30/10/2025	
Tatiane Trindade Tatiane Trindade Controle de Qualidade Control de Calidad / Quality Control		

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br