Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**Ureía UV** Urea UV/ UV urea
Referência Referencia / Reference:	**416**
Lote Lot:	**202109A**
Validade Validez / Expiration date:	**11/2022**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do Branco Absorbancia Blanca/ White Absorbance	**1,400 a 1,900**	**1,794**
Fator de Calibração Factor Calibración / Calibration Factor :	**528 a 792**	**630,6**
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/Within internal limits	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad/Linearity:	**300 mg/dL**	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	**31 (26 - 36) mg/dL**	**31 mg/dL**
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	**114 (97 - 131) mg/dL**	**119 mg/dL**

Data Fecha / Date:	**19/01/2022**

Isabela Fernandes Alves dos Santos

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br