



**LOTE: 4198**

**VAL.: 10/2025**

## Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 4198 Val: 10/2025					
Analito (*)	Método	Nível	Valor	Intervalo	Unidades
Ferritina	Turbidimetria	Patológico (N2)	171	137 - 205	µg/L
PCR AS	Turbidimetria	Patológico (N2)	8.03	6.42 - 9.64	mg/L

(\*) = o Controle de Proteínas contém ainda valores para as seguintes proteínas:  $\alpha$ -1-glicoproteínas ácida, antitrombina III, complemento C3, complemento C4, IgA, IgG, IgM, pré-albumina e transferrina. Solicite informações sobre os valores destes analitos no nosso Setor de Apoio ao Cliente.