Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**TTPA Líquida** TTPA neto/ Net TTPA
Referência Referencia / Reference:	**556**
Lote Lot:	**1005**
Validade Validez / Expiration date:	**01/2022**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químico Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/ Within internal limits	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Plasma Controle nível I Nivel de control de plasma I/Plasma Control Level I:	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/ Within internal limits	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Plasma Controle nível II Nivel de control de plasma II/Plasma Control Level II:	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/ Within internal limits	**De acordo** De acuerdo/Accordingly

Data Fecha / Date:	**18/01/2021**

José Gilmar Pereira Berto
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br