


<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>COVID AG</b> COVID AG/COVID AG
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>132</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>W19620178DE</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>24/01/2023</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango aceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Aspectos Placa-Teste</b> Aspectos de la placa de prueba/ Test Plate Aspects	<b>Íntegra e sem manchas</b> Se integra y sin manchas/Integrates and without stains	<b>De acordo</b> <b>De acuerdo/Accordingly</b>
<b>Aspecto Diluente</b> Aspectos diluyente/ Thinner Aspects	<b>Límpido incolor</b> Claro incoloro/ Clear colorless	<b>De acordo</b> <b>De acuerdo/Accordingly</b>
<b>Amostras positivas</b> Muestras positivas/ Positive Samples	<b>Positivo</b> Positivo/ Positive	<b>De acordo</b> <b>De acuerdo/Accordingly</b>
<b>Amostras negativas</b> Muestras negativas/ Negative Samples	<b>Negativo</b> Negativo/ Negative	<b>De acordo</b> <b>De acuerdo/Accordingly</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>28/06/2022</b>
------------------------------	-------------------



**Isabela Fernandes Alves dos Santos**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**  
**CNPJ: 03.142.794/0001-16**  
**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**  
**Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)**  
**[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)**